



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – Laboratorní technika

ČÁSTI

1. UV/VIS spektrofotometr
2. Přístroj pro digitální morfologii s možností analýzy tělních tekutin
3. Automatický přístroj pro PCR testování infekčních markerů
5. Přístroje metody ELISA
 - a) Promývačka pro metodu ELISA
 - b) Fotometr pro metodu ELISA

ZADAVATEL

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203

Zástupce zadavatele:

Název: JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
Se sídlem: Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1

nadlimitní veřejná zakázka s názvem dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v otevřeném nadlimitním řízení

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel zjistil, že pro přístroje:

1. UV/VIS spektrofotometr
2. Přístroj pro digitální morfologii s možností analýzy tělních tekutin
3. Automatický přístroj pro PCR testování infekčních markerů
5. Přístroje metody ELISA
 - b) Fotometr pro metodu ELISA

požaduje technickou specifikaci velikost monitoru notebooku min. 17,5", kdy pro jeho potřeby postačuje na trhu běžně dostupná velikost nižší - 17", proto upravuje původní parametr technické specifikace následovně:

Původní:

„Součástí spektrofotometru musí být stolní PC sestava zahrnující stolní PC, LCD/LED monitor min. 22" nebo notebook s monitorem min. 17,5"; laserovou tiskárnu, klávesnici, myš a operační systém nejlépe Windows 7 professional 64 nebo jiný vhodný operační systém (v souladu s 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

Výzva č. 31 IROP - Zvýšení kvality návazné péče, PO 6: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, IP: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Změněná:

„Součástí spektrofotometru musí být stolní PC sestava zahrnující stolní PC, LCD/LED monitor min. 22” nebo notebook s monitorem min. 17”; laserovou tiskárnu, klávesnici, myš a operační systém nejlépe Windows 7 professional 64 nebo jiný vhodný operační systém (v souladu s 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

Vzhledem k tomu, že změna technické specifikace je učiněna ve prospěch případných účastníků a může mít vliv na jejich širší účast, přistupuje zároveň zadavatele ke změně lhůty pro podání nabídek, a to pro části 1., 2., 3. a 5. **Nový termín podání nabídek pro části:**

- 1. UV/VIS spektrofotometr**
- 2. Přístroj pro digitální morfologii s možností analýzy tělních tekutin**
- 3. Automatický přístroj pro PCR testování infekčních markerů**
- 5. Přístroje metody ELISA**
 - a) Promývačka pro metodu ELISA**
 - b) Fotometr pro metodu ELISA**

je stanoven na termín 10. 10. 2017 do 10:00.

Pro ostatní části veřejné zakázky, tedy pro části 4., 6.,7.,8.,9. a 10. zůstává termín pro podání nabídky nezměněn.

V Praze dne 14. 8. 2017

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
ELEKTRONICKY PODEPSÁNO