

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 22. 6. 2015

ZADAVATEL: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlem: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
Jednající: prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel
IČ: 68378271

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Vakuový fitting a vakuové měrky

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Dle přílohy k zadávací dokumentaci Zakázky č. 2a – Technické specifikace a přílohy č. 2b – Položkový rozpočet, požaduje zadavatel dodání některých komponent v materiálu Hliník 6082. Je možné tyto komponenty nahradit variantou Hliník 6061 T6, která nevykazuje ve svých vlastnostech žádné difference od materiálu Hliník 6082?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Požadované komponenty z materiálu Hliník 6082 je možné nahradit jiným technicky a kvalitativně srovnatelným řešením, kterým je Hliník 6061 T6.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

V souladu s ustanovením § 40 ZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **10. 8. 2015 do 13:00 hod.**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **10. 8. 2015 v 13:00 hod.**

Místo pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami zůstává nezměněno.

Výše uvedené skutečnosti jsou v souladu s § 147 zákona zohledněny v Oznámení o zakázce, které bylo odesláno k uveřejnění dne 22. 6. 2015

Odůvodnění: Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek s ohledem na výše uvedenou dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám.

S pozdravem

Klára Topolová

GORDION s.r.o.

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Korespondenční adresa:

Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Tel.: +420 602 262 764

Fax: +420 281 021 825

e-mail: topolova@gordion.cz

www.gordion.cz