



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Nemocnice Tábor, a.s.

se sídlem: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203

tímto poskytuje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

k nadlimitní veřejné zakázce s názvem:

VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – LABORATORNÍ TECHNIKA

evid. č. ve VVZ: Z2017-017277, interní č. VZ: VZ0006

zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zakázka je realizována v rámci dotačního programu IROP, název výzvy „Výzva č. 31 - Zvýšení kvality návazné péče, PO 6: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, IP: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví (dále též „dotační program IROP“).

Název projektu: Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s.
reg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001173



Obsah

1. Identifikační údaje zadavatele	3
2. Zadávací dokumentace	3
3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky	4
4. Předmět veřejné zakázky	5
5. Doba a místo plnění	7
6. Kvalifikace dodavatelů	7
7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky.....	7
8. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, místo a termín otevírání obálek a termín prohlídky místa plnění	8
9. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky	9
10. Způsob hodnocení nabídek.....	10
11. Obchodní podmínky.....	11
12. Další podmínky veřejné zakázky	11
13. Vysvětlení zadávací dokumentace.....	11
14. Práva zadavatele ve veřejné zakázce.....	12
15. Zadávací lhůta	12
16. Přílohy zadávací dokumentace	13



1. Identifikační údaje zadavatele

1.1. Zadavatel:

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: **Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003**
IČO: **26095203**
DIČ: **CZ26095203**
Zastoupený: **Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva**
MUDr. Janou Chocholovou, místopředsedou představenstva

Profil zadavatele:

<http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=fd66cb4b-8f41-4d58-94ea-209af85fecf5>

1.2. Zástupce zadavatele:

Název: **JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát**
Se sídlem: **Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1**
Kontaktní osoba: **Mgr. Lubor Šída, advokát**
Tel: **734122886**
Email: **sida@aksu.cz**

Zástupce zadavatele je osobou zastupující zadavatele v souladu s § 43 ZZVZ při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením. Zástupce zadavatele postupuje v souladu § 44 odst. 1 ZZVZ tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Zástupce zadavatele je v souvislosti se zadávacím řízením nestranný a nezávislý. Zástupci zadavatele není v souladu s § 43 odst. 2 ZZVZ uděleno zmocnění k výběru dodavatele, vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení a rozhodnout o námitkách.

Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá dodavatel všechna podání, která v tomto řízení učiní v **listinné** podobě, a to včetně námitek podaných dle § 241 ZZVZ, na kontaktní adresu zástupce zadavatele: JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát, Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1 (dále též kontaktní adresa zástupce zadavatele).

V případě, že dodavatel bude podávat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele dle § 249 ZZVZ, doručí tento návrh v souladu s § 251 odst. 2, odst. 3 ZZVZ přímo zadavateli.

2. Zadávací dokumentace

Tato zadávací dokumentace stanovuje zadávací podmínky tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo nezaručovala konkurenční výhodu nebo nevytvářela bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Zadavatel výslovně upozorňuje, že na vypracování příloh č. 1, č. 2 a č. 7 této zadávací dokumentace se podílela osoba odlišná od



zadavatele, Mgr. Kristina Šandová, ze společnosti G-PROJECT, s.r.o., se sídlem Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice, jako poradce ve veřejné zakázce.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Přílohy zadávací dokumentace jsou vzorové pro jednoznačné vymezení požadavků a dále pro přesnou (snadnou) orientaci v nabídkách dodavatelů. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy, tj. doplnění chybějících údajů. Pro splnění požadavků vyplývajících ze zadávací dokumentace musí dodavatel, mimo jiné, v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v těchto přílohách.

3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Část:	Název:	Kód CPV:	Množství (ks/sada)
1.	UV/VIS spektrofotometr	51430000-5	1 ks
2.	Přístroj pro digitální morfologii s možností analýzy tělních tekutin	33100000-1 51430000-5	1 ks
3.	Automatický přístroj pro PCR testování infekčních markerů	33100000-1 51430000-5	1 ks
4.	Přístroj pro diagnostiku poruch primární hemostázy	33100000-1 51430000-5	1 ks
5.	Přístroje metody ELISA a) Promývačka pro metodu ELISA b) Fotometr pro metodu ELISA	33100000-1 51430000-5	1 ks 1 ks
6.	Inkubátor CO2	33100000-1 51430000-5	1 ks
7.	Box anaerobní	33100000-1 51430000-5	1 ks
8.	Automatický osmometr	33100000-1 51430000-5	1 ks
9.	Mikroskop	38510000-3	1 ks
10.	Barvící a montovací automat	51430000-5	1 ks

3.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem dle § 16 a násl. ZZVZ činí celkem:

6.390.611,- Kč bez DPH



Předpokládaná hodnota zakázky je blíže specifikována v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

- 3.2. Položky uvedené výše jsou součástí projektu „Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s.“ a jsou spolufinancovány z výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“ Integrovaného regionálního operačního programu.
- 3.3. Předpokládaná hodnota jednotlivých položek stanovena jako kvalifikovaný odhad zadavatele provedený na základě průzkumu trhu.

4. Předmět veřejné zakázky

- 4.1. Předmětem veřejné zakázky „Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s. – Laboratorní technika,“ (dále jen „zakázka“) je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2016 pro Nemocnici Tábor, a.s., definovaného v čl. 3 této zadávací dokumentace (dále jen „přístrojové vybavení“).
- 4.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace (vč. dodávky technologického projektu u vymezených částí zakázky), instruktáž obsluhy a uvedení do provozu přístrojového vybavení, včetně napojení na stávající systémy zadavatele, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví. Všechna dodávaná zařízení musí být určena pro medicínské prostředí a u zařízení, která jsou zdravotnickými prostředky, musí splňovat požadavky platné české legislativy pro zdravotnické prostředky.
- 4.3. Rozsah předmětu plnění a technická specifikace přístrojového vybavení, které je předmětem plnění veřejné zakázky, jsou podrobně vyspecifikovány v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Zadavatel výslovně uvádí, že takto vymezené podmínky představují požadavky na vlastnosti předmětu zakázky, stanovené zadavatelem dle § 89 ZZVZ. Zadavatel taktéž výslovně uvádí, že v případě odkazu na normy, technické dokumenty, požadavky na výkon nebo funkci pro jednotlivé části zakázky (jednotlivé přístrojové vybavení) v příloze č. 1 je zadavatel případně povinen postupovat v souladu s 91 ZZVZ a zadavatel u každého takového uvádí a umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
- 4.4. Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální hodnota, toleranci +/- 10% vymezení vlastností nabízeného přístroje.
- 4.5. **Zakázka je rozdělena na 10 jednotlivých částí v souladu s § 101 ZZVZ. Dodavatel je oprávněn předložit nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.**
- 4.6. Předmět plnění dále tvoří:
- 4.6.1. provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle pokynů výrobce, dle zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě v souladu se zákonem č.



22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN apod. a jejich předání zadavateli v českém jazyce;

- 4.6.2. provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu o přezkoušení v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, dodavatel musí při předání přístroje prokázat vhodným způsobem dodržení technických parametrů dodaného zařízení;
- 4.6.3. zajištění a předání technické dokumentace k provozu přístroje, zejména úplného návodu k obsluze, návodu na provoz a údržbu přístrojového vybavení a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, z toho 1x v datové formě (na CD ROM);
- 4.6.4. provedení instruktáže obsluhy s vystavením dokladu obsahujícího originály podpisů všech zúčastněných pracovníků v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“);
- 4.6.5. likvidace obalů a celkový úklid místa zprovoznění před předáním a převzetím;
- 4.6.6. pro část č. 10 – Barvící a montovací automat (patologické oddělení) dodání technologického projektu u položek s pevným připojením na media a energie nebo vyžadující specifické provozní podmínky, obsahujícího technické podmínky pro uvedení předmětu nabídky do provozu u zadavatele, např. požadavky na řešení:
 - 4.6.6.1. statiky stavby;
 - 4.6.6.2. prostorových úprav;
 - 4.6.6.3. klimatizace prostor a nároků na klimatické podmínky;
 - 4.6.6.4. připojení zařízení:
 - k rozvodům elektrické energie a elektrické bezpečnosti zařízení;
 - k dalším provozně potřebným mediím (medicínální plyny, tlakový vzduch, podtlakový rozvod);
 - k datovým sítím a informačním systémům uživatele;
 - radiační ochrany;
 - bezpečnosti práce;
 - sdělení, jaké další vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od zadavatele očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že stavební práce dle technologického projektu provede sám mimo toto zadávací řízení.

- 4.6.7. protokolární předání zařízení do provozu uživateli;
- 4.6.8. poskytování bezplatného záručního servisu včetně dodávky potřebných náhradních dílů po celou dobu záruční lhůty, která je nejméně 24 měsíců. Zajištění periodických



prohlídek, technických kontrol a validace zboží po dobu trvání záruční doby, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží. Provádění těchto služeb není součástí kupní ceny. V případě, kdy poskytování těchto služeb bude prováděno za úplatu, uzavřou spolu smluvní strany samostatné cenové ujednání na zajištění těchto služeb. Rozsah, podmínky a další náležitosti záručního servisu jsou řešeny v příloze č. 3 – Kupní smlouva.

5. Doba a místo plnění

5.1. Místem plnění je sídlo zadavatele.

5.2. Zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy.

5.3. Termín dodání: Zadavatel stanovuje termín dodání pro jednotlivé části následovně:

5.3.1. Pro části zakázky, u jejichž dodávky se neočekává provedení stavební připravenosti, a které jsou vymezeny v příloze č. 4 této zadávací dokumentace, je termín specifikován pro jednotlivé části zakázky jeho uvedením vždy v konkrétní kupní smlouvě pro každou část, a to v rozsahu 8 týdnů ode dne doručení výzvy zadavatele k zahájení plnění, zaslaném nejdříve po účinnosti smlouvy.


5.3.2. Pro část č. 10 – Barvící a montovací automat, u jehož dodávky se očekává provedení stavební připravenosti, je termín specifikován pro jednotlivé části zakázky jeho uvedením vždy v konkrétní kupní smlouvě pro každou část, a to v rozsahu 8 týdnů ode dne doručení výzvy zadavatele k zahájení plnění, zaslaném nejdříve po účinnosti smlouvy, nejdříve však po písemném oznámení zadavatele o stavební připravenosti místa plnění k zahájení montáže přístrojového vybavení.

6. Kvalifikace dodavatelů

Podmínky kvalifikace dodavatelů jsou součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č. 5 – Kvalifikační dokumentace.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

7.1. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, a to za jednotlivé části zakázky. Pro všechny části veřejné zakázky bude nabídková cena cenou za celkovou dodávku přístroje. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh a bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému splnění a předání dodávky nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v daném oboru i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena bude obsahovat veškeré náklady dodavatele na dodávku a montáž do sídla zadavatele včetně těch, které nebyly v době zpracování nabídky známy a nutnost jejich úhrady nastala až v době plnění. Cena bude zahrnovat veškeré náklady na autorská práva, licence a dokumentaci, jakož i personální zabezpečení případného servisu. Nabídková cena musí zahrnovat daně, cla, poplatky, případně další náklady spojené s realizací



zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena dodávky v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a nabídková cena dodávky včetně DPH.

- 7.2. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky, jehož návrh je přílohou č. 6. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- 7.3. Nabídkovou cenu je možno překročit pouze a výlučně za podmínek stanovených v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č. 3.
- 7.4. Platební podmínky jsou stanoveny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č. 3.

8. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, místo a termín otevírání obálek a termín prohlídky místa plnění

- 8.1. V případě zájmu o tuto zakázku můžete nabídky zaslat poštou či jinou kurýrní službou na adresu:

Nemocnice Tábor, a.s.
Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003

nebo nabídky doručit osobně na podatelnu zadavatele na téže adrese, v pracovních dnech (úřední hodiny: pondělí - čtvrtek: od 7:00 do 15:30 hodin, v pátek od 7:00 do 14:30 hodin). Místem podání nabídek není adresa sídla zástupce zadavatele veřejné zakázky, v případě doručení na adresu zástupce zadavatele bude nabídka vyřazena.

- 8.2. Nabídky musí být zadavateli doručeny v termínu **dne 24. 8. 2017 do 10:00 hodin**. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravním prostředkem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.
- 8.3. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **dne 24. 8. 2017 od 10:15 hodin** na adrese sídla zadavatele, v budově ředitelství, zasedací místnost. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci dodavatelů (maximálně jedna osoba za dodavatele). Zástupci se prokážou plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem dodavatele; v případě, že je zástupce statutárním orgánem dodavatele, pak průkazem totožnosti. Přítomní dodavatelé svou účast stvrdí podpisem v listině přítomných dodavatelů. Zadavatel z organizačních důvodů a predikce časového rozložení procesu otevírání obálek s nabídkami upozorňuje, že díky rozdělení veřejné zakázky na 10 částí bude otevírat obálky s nabídkami postupně pro jednotlivé části veřejné zakázky v uvedených termínech od části 1. po část 10., jak byly obálky s nabídkami pro jednotlivé části doručeny.



- 8.4. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla doručena v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem dodavatele a na přední straně označena:

**NEOTVÍRAT – NABÍDKA – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA –
„VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – LABORATORNÍ TECHNIKA – ČÁST
.....“**

(Doplň dodavatel číselné označení jednotlivé části a její název dle čl. 3 této zadávací dokumentace)

- 8.5. Na obálce musí být uvedena také adresa sídla dodavatele.
- 8.6. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou a psána v českém jazyce. Zadavatel výslovně upozorňuje, že dle § 45 odst. 3 ZZVZ se doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce dokládají bez překladu. Doporučujeme veškeré části nabídky svázat nebo sešít tak, aby nabídka byla zabezpečena proti manipulaci a jednotlivé stránky nabídky postupně vzestupnou řadou očíslovat. Zadavatel doporučuje, aby nabídka neobsahovala přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- 8.7. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena také 1x v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu kompatibilním s PDF uzamčeném proti možným změnám, a to ve znění totožném s podanou listinou nabídkou. V případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma nabídky.
- 8.8. Prohlídka místa plnění:
- 8.8.1. U částí zakázek dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace, u kterých se neočekává stavební připravenost, zadavatel s ohledem na povahu předmětu částí veřejné zakázky nebude realizovat prohlídku místa plnění.
- 8.8.2. U části č. 10 – Barvící a montovací automat, u které zadavatel očekává stavební připravenost, uskuteční zadavatel prohlídku a zaměření místa pro jednotlivou část zakázky, a to dne 20. 7. 2017 od 13:00 hod, to na adrese sídla zadavatele, ve vstupní hale na recepci nemocnice. V uvedený čas se určené místo dostaví zástupce zadavatele. V případě nepřítomnosti zástupce zadavatele na uvedeném místě v uvedeném čase nebo v případě jakýchkoliv jiných nepředvídatelných okolností má dodavatel možnost kontaktovat zástupce Zadavatele na telefonním čísle: +420 734 122 886.
- 8.9. Podává-li dodavatel nabídku na více částí veřejné zakázky, je povinen na každou část podat samostatnou nabídku.

9. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- 9.1. Nabídky budou předloženy v listinné podobě a v jednoduché formě členění, přičemž se jedná o doporučený způsob zpracování nabídky pro každou jednotlivou část:
- a. **Krycí list nabídky (příloha č. 6 této zadávací dokumentace).** Krycí list je připojen jako vzor pro všechny části, kdy účastník vždy použije tento krycí list pro každou



jednotlivou část samostatně s tím, že příslušnou část označí jejím doplněním číslem a názvem do vymezené zašlucené části krycího listu.

b. Obsah nabídky

c. Doklady, jimiž dodavatele prokáže splnění kvalifikace - v rozsahu a formě požadované ZZVZ a touto zadávací dokumentací.

d. Návrh smlouvy: Dodavatel použije závazný vzor návrhu smlouvy a doplní jej o požadované údaje.

e. Technická specifikace – dodavatel je povinen předložit technickou specifikaci jím nabízeného plnění, a to s uvedením parametrů a vlastností (zejména se jedná o předložení vyplněného vzorového formuláře, který je součástí vymezení technické specifikace ke každé jednotlivé části v příloze č. 1, příslušných dokladů, dokumentů, certifikátů, obrázků a fotografií) tak, aby bylo možné posoudit a vyhodnotit, zda nabízené plnění splňuje předepsané zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

f. Případně další přílohy a doplnění nabídky.

9.2. Zadavatel výslovně uvádí, že v rámci předložení nabídky nepožaduje předložení údajů o majetkové struktuře účastníka zadávacího řízení dle § 103 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Zadavatel však výslovně upozorňuje, že v souladu s § 104 odst. 2 ZZVZ bude od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil:

- a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 2. seznam akcionářů,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel taktéž v souladu s § 48 odst. 9 ZZVZ vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

10. Způsob hodnocení nabídek

10.1. Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky jediné hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídek na základě **nejnižší nabídkové ceny**. Zadavatel bude hodnotit každou jednotlivou část samostatně.



- 10.2. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč bez DPH, uvedená na krycím listu nabídky. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH od nejnižší až po nejvyšší hodnotu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ nejprve provede hodnocení nabídek a u vybraného dodavatele provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

11. Obchodní podmínky

- 11.1. Veškeré obchodní podmínky včetně platebních, sankčních, záručních a dodacích jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, a který bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem. Návrh smlouvy musí být součástí nabídky dodavatele. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této dokumentaci. Zadavatel nepřipouští úpravy návrhu smlouvy vyjma doplnění zařazených částí – identifikačních údajů dodavatele a doplnění ceny.

12. Další podmínky veřejné zakázky

- 12.1. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
12.2. Zadavatel nepožaduje jistotu.
12.3. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy.
12.4. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

13. Vysvětlení zadávací dokumentace

- 13.1. V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, např. změní se termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění apod., zadavatel uveřejní tyto informace na profilu zadavatele.
13.2. Profil zadavatele:
<http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=fd66cb4b-8f41-4d58-94ea-209af85fecf5>
13.3. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel postupuje v souladu s § 98 ZZVZ. Zadavatel není zejména povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet



výše uvedenou lhůtu. **Zadavatel výslovně připouští, aby dodavatel podal žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v listinné podobě na adresu zástupce nebo v elektronické podobě na emailovou adresu: sida@aksu.cz.**

14. Práva zadavatele ve veřejné zakázce

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zadávací podmínky změnit,
- nevracet dodavatelům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží na účast v zadávacím řízení, pokud není v ZZVZ stanoveno jinak,
- ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob,

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pokud nastanou důvody uvedené v ustanovení § 127 ZZVZ.

15. Zadávací lhůta

- 15.1. Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou účastník zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, v délce **180 dnů** ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží pod dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ.



16. Přílohy zadávací dokumentace

1. Technické specifikace
2. Vymezení předpokládané hodnoty
3. Kupní smlouva
4. Části zakázky, u kterých se neočekává provedení stavební připravenosti
5. Kvalifikační dokumentace
6. Krycí list nabídky
7. Pokyny k vyplňování Technické specifikace

V Táboře dne 03 -07- 2017

Ing. Ivo Houška, MBA
předseda představenstva

MUDr. Jana Chocholová
místopředseda představenstva

Technická specifikace poptávaného zařízení

Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná min/max hodnota	Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
UV/VIS spektrofotometr			
Účel použití: Automatický UV-Vis spektrofotometr s duálním paprskem pro rychlé stanovení hematogenních pigmentů v mozkomíšním moku v diagnostickém procesu pro potvrzení krvácení do likvorových cest na základě přítomnosti hematogenních pigmentů v proměřovaném kontinuálním spektru.			
Automatický UV-Vis spektrofotometr s duálním paprskem pro rychlé stanovení hematogenních pigmentů v mozkomíšním moku v diagnostickém procesu pro potvrzení krvácení do likvorových cest na základě přítomnosti hematogenních pigmentů v proměřovaném kontinuálním spektru	X		X
Spektrometr musí být s duálním paprskem vybaven měrným a referenčním detektorem	X		X
Spektrofotometr musí umožnit spojitě měření – proměřování spektra s min. rozsahem 400-600 nm	Min. rozsah 400 – 600 nm		
Spektrofotometr musí umožnit měření při volitelné fixní vlnové délce (volba alespoň 1- 5 vlnových délek)	min. 1- 5 vlnových délek		
Spektrofotometr musí mít rozsah měření vlnových délek v blízké UV + VIS oblasti (po 1 nm nebo méně)	max. po 1nm		
Přístroj musí mít přesnost nastavení vlnové délky $\pm 0,1$ nm s automatickou korekcí	X		X
Spektrofotometr musí umožňovat měřit z objemu likvoru min. 500 μ l a více	min. 500 μ l		

Součástí dodávky musí být min. 2 páry kyvet	min. 2 páry		
Kyvety musí být z křemenného skla			
Délka optické dráhy musí být 1 cm			
Musí využívat zábleskové Xe výbojky nebo musí využívat deuteriové výbojky pro UV oblast a halogenovou lampu pro VIS oblast	Xe výbojka nebo deuteriová výbojka pro UV oblast a halogenová lampa pro VIS oblast		
Spektrometr musí umožňovat snadnou přenositelnost a připojení k PC pomocí USB konektoru.			
Součástí spektrofotometru musí být ovládací software – pro ovládání spektrometru, nastavení a ukládání metod, vyhodnocování výsledků a tvorbu reportů s možností využití funkce vkládání a kopírování dat			
SW a přístroj musí mít manuál v českém jazyce			
Součástí spektrofotometru musí být stolní PC sestava zahrnující stolní PC, LCD/LED monitor min. 22" nebo notebook s monitorem min. 17,5"; laserovou tiskárnu, klávesnici, myš a operační systém nejlépe Windows 7 professional 64 nebo jiný vhodný operační systém (v souladu s 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)	LCD/LED monitor min. 22" nebo notebook monitor min. 17,5"		
Součástí dodávky bude zapojení do laboratorního informačního systému centrálních laboratoří (připojení do LIS OpenLIMS)			

Technická specifikace poptávaného zařízení

Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná min/max hodnota	Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Přístroj pro digitální morfologii s možností analýzy tělních tekutin			
Účel použití: Přístroj pro objektivizaci cytologických nátěrů při hodnocení periferní krve a mozkomíšního moku umožňující archivaci výsledků.			
Diagnostický mikroskop s modulem pro digitální záznam a zpracování obrazu – digitální morfologie			
System pro digitální automatické vyhodnocení krevních nátěrů a preparátů z tělních tekutin			
Nová (nerepasovaná) digitální morfologie certifikovaná pro in vitro diagnostiku (CE-IVD)			
Rychlost zpracování min. 10 sklíček s nátěry za hodinu (při diferenciaci na 100 leukocytů)	min. 10 sklíček/hodinu		
Automatická manipulace se sklíčkem v přístroji (včetně dávkování imerzního oleje na nátěry)			
Identifikace nátěrů pomocí čárových kódů (tiskárna čárových kódů pro označení sklíček součástí dodávky)			
Možnost změny počtu hodnocených buněk dle požadavku obsluhy			
Preklasifikace buněk do jednotlivých populací			
Možnost vizuální kontroly jednotlivých buněk, obarvených klasickou metodou May-Grünwald			

Giemsa, digitalizovaných na principu světelné mikroskopie			
Digitální uchovávání nálezů, možnost archivace výsledků			
Součástí přístroje musí být stolní PC sestava zahrnující stolní PC, LCD/LED monitor min. 21" nebo notebook s monitorem min. 17,5"; laserovou tiskárnu, klávesnici, myš a operační systém nejlépe Windows 7 professional 64 nebo jiný vhodný operační systém (v souladu s § 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)	LCD/LED monitor min. 21" nebo notebook monitor min. 17,5"		
Součástí dodávky bude zapojení do laboratorního informačního systému centrálních laboratoří (připojení do LIS OpenLIMS v ceně dodávky)			
Oboustranná komunikace s laboratorním informačním systémem (LIS)			
Export výsledků včetně komentářů do LIS, tisku nálezu, exportu obrazových nálezů vybraných buněk			
Systém s možností budoucího rozšíření o další stanice pro vzdálené hodnocení nátěrů			
Záložní zdroj pro udržení chodu digitální morfologie při výpadku el. energie			
Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství základního přístroje nezbytné pro správu a plnou funkci zařízení			

Technická specifikace poptávaného zařízení

Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná min/max hodnota	Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Automatický přístroj pro PCR testování infekčních markerů			
Účel použití: Přístroj pro automatizované stanovení přítomnosti genetického materiálu – patogenů infekčních nemocí v biologickém materiálu.			
Plně automatizovaný přístroj			
Přístroj pro přímé zpracování primárního biologického materiálu			
Musí se jednat o uzavřený, kompaktní a samostatný systém s minimálním rizikem kontaminace			
S funkcí spuštění současně analýzy až 4 rozdílných testů			
S funkcí analyzovat vzorky nezávisle na sobě a spouštět analýzy postupně a nezávisle			
Čas generování výsledku - max. 2 hodiny od přijetí vzorku u všech dostupných testů	max. 2 hod.		
Musí se jednat o jedno zařízení kombinující extrakci nukleové kyseliny, amplifikaci i vyhodnocení			
Jednoduchá příprava vzorku s minimálním rizikem infekce a kontaminace			

Soupravy obsahující předpipetované reagenty			
Součástí dodávky musí být stolní PC sestava zahrnující stolní PC, LCD/LED monitor min. 22" nebo notebook s monitorem min. 17,5"; laserovou tiskárnu, klávesnici, myš a operační systém nejlépe Windows 7 professional 64 nebo jiný vhodný operační systém (v souladu s § 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)	LCD/LED monitor min. 22" nebo notebook monitor min. 17,5"		
Součástí dodávky musí být SW pro zpracování výsledků			
Skladovatelnost všech komponent souprav při běžné pokojové teplotě			
Načítání parametrů testu automaticky z lotu na reagentních pomocí čtečky čárových kódů			
Načítání informace o pacientovi pomocí čtečky čárových kódů			
Tiskový výstup			
Napojení přístroje na laboratorní informační systém (LIS) – napojení do LIS OpenLIMS			

Technická specifikace poptávaného zařízení

Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná min/max hodnota	Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Přístroj pro diagnostiku poruch primární hemostázy			
Účel použití: Přístroj pro automatizované vyšetření na určení poruchy primární hemostázy, tj. fáze při srážení krve, kterou nelze zachytit vyšetřením ostatních koagulačních testů (týká se převážně poškození krevních destiček a vWF) a měření účinnosti protideštičkových léků.			
Analyzátor primární hemostázy – vyšetření hemostatické kapacity a efektu antiagregační terapie			
Přístroj musí provádět vyšetření z plné – pufrované citrátové krve			
Přístroj musí provádět In vitro stimulaci fyziologických podmínek			
Zobrazení průběhu testu, výsledek za max. 10 minut	max. 10 minut		
USB pro export výsledků ve formátu PDF, termotiskárna, možnost připojení na externí tiskárnu			
3 typy měřících cartridge:			
○ s vysokou citlivostí na účinek ASA-trombocytopenie			
○ zjištění v WD, ASA potvrzení, efekt ticlopidinu			
○ detekce blokády receptoru P2Y ₁₂ specifický na účinek clopidogrelu			

Technická specifikace poptávaného zařízení

Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná min/max hodnota	Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Promývačka pro metodu Elisa			
Účel použití: Přístroj pro procesní postup při metodě ELISA, pro automatické promývání jamek mikrotitračních destiček promývacím roztokem.			
Přístroj pro automatické promývání jamek mikrotitračních (ELISA) destiček promývacím roztokem			
Automatický pohyb promývací hlavy			
Osmikanálová promývací hlava			
S funkcí pro nastavení mezi profilem dna promývané jamky tvaru U, V a plochým dnem			
S funkcí volby objemu plnění a maximální promývací objem – min. rozsah objemu plnění 50 - 1000 µl na jamku, maximální promývací objem 1000 µl	min. rozsah 50 - 1000 µl, max.objem 1000 µl		
Zbytkový objem ≤ 2 µl pro jamky typu U a V, ≤ 5 µl pro jamky s plochým dnem	max.2 µl u jamky typu U a V max. 5 µl u jamky s plochým dnem		
Nastavení počtu cyklů a nastavení potřebné rychlosti a potřebného objemu			

Každý kanál musí obsahovat separátní dávkovací a odsávací jehlu			
Důkladné vícebodového odsávání			
Nastavení rychlosti dávkování i odsávání			
LCD displej s ovládáním			
Láhve s kapalinami (promývacím roztokem / destilovanou vodou) nesmí být tlakované pro zajištění jednoduché změny kapalin (výměna promývacího roztoku za jiný - např. k jinému ELISA kitu)			
Minimální počet současně připojených láhví s dávkovanými kapalinami: 2 (promývací roztok a destilovaná voda)	min. 2 lahve		
Automatické přepínání mezi dávkovanými kapalinami dle spuštěné metody			
Součástí dodávky (v ceně) musí být láhve pro dávkované kapaliny i odpadní láhev			
CE IVD certifikace			

Technická specifikace poptávaného zařízení

Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná min/max hodnota	Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Fotometr pro metodu Elisa			
Účel použití: Přístroj k proměření absorbance v mikrotitračních (ELISA) destičkách se systémem optických filtrů a s vyhodnocovacím SW.			
Přístroj (fotometr) pro měření absorbance v mikrotitračních (ELISA) destičkách se systémem optických filtrů	X		X
Jednokanálová čtecí hlava s rychlostí čtení min. 96 jamek za 30 sekund	rychlost čtení min. 96 jamek/30 sec		
Vhodné pro destičky od 8-jamkových do 96-jamkových	X		X
Dynamický rozsah minimálně do 3,0 OD s rozlišením alespoň 0,001 OD	Rozsah min. od 0 do 3,0 OD, rozlišení min. 0,001 OD		
Osazení alespoň 5 filtry současně	min. 5 filtrů současně		
Součástí dodávky musí být filtry: 405, 450, 490 (nebo 492) a 620 (nebo 630) nm	X		X
Možnost použití i dalších filtrů – možnost jejich budoucího nákupu a použití	X		X
Ovládání z PC, který musí být součástí dodávky (PC sestava zahrnující stolní PC, LCD/LED monitor min. 22" nebo notebook s monitorem min. 17,5"; laserovou tiskárnu, klávesnici, myš a operační systém nejlépe Windows 7 professional	LCD/LED monitor min. 22" nebo notebook monitor min.		

64 nebo jiný vhodný operační systém (v souladu s § 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)	17,5"		
Součástí dodávky musí být software pro ovládání přístroje pomocí PC a vyhodnocovací software umožňující naprogramovat, zpracovat a vyhodnotit i metody jiných výrobců			
CE IVD certifikace			
Připojení na LIS - napojení do LIS OpenLIMS - obousměrná komunikace			

Technická specifikace poptávaného zařízení

Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná min/max hodnota	Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Inkubátor CO2			
Účel použití: Přístroj pro správnou laboratorní práci v mikrobiologii (bakteriologii) umožňující provádět kultivace pŕd v přesně definovaném prostředí pro správný růst bakteriálních kolonií.			
Inkubátor s atmosférou CO2			
Vhodný pro všechny kultivace s požadavky na přesnost, stabilitu a sterilní prostředí			
Kontinuální HEPA filtrace s prevencí křížové kontaminace			
Dosažení tř.čistoty ISO Class 5 (Class A) (v souladu s 91 ZZVZ zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení), kontinuální dekontaminace vnitřní atmosféry			
HEPA filtr na vstupu CO2			
Využitelný vnitřní objem min. 170 l	min. 170 l		
Garance homogenního vnitřního prostředí, zajišťující výrazné snížení rizika kontaminace			
Nastavitelný alarm			
Nezávislá regulace teploty stěn a dna komory a dveří			

CO2: rozsah nastavení 0-20%, regulace $\pm 0,1\%$, nastavitelný alarm	min. rozsah nastavení CO2 0-20%		
Rozsah rel.vlhkosti: až do 95% +/- 3 %, odparná miska min.3 l.	Rozsah min. do 95% (+/- 3%)		
Police: nerez perforovaný plech, počet min. 5, výsuvné, s omezením rizika překlopení	min. 5 polic		
Vnitřní skleněné dveře s ohřevem (vyloučení kondenzace par)			
Výstupy: alarmy T, CO2, systémový alarm, volitelně monitoring T, CO2, vlhkost			

Technická specifikace poptávaného zařízení

Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná min/max hodnota	Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Box anaerobní			
Účel použití: Přístroj pro správnou laboratorní práci v mikrobiologii (bakteriologii), umožňující provádět kultivace půd v přesně definovaném prostředí pro růst anaerobních mikroorganismů.			
Anaerobní box pro kultivaci anaerobních patogenních mikroorganismů ze vzorků klinického materiálu			
Anaerobní prostředí vytvořené prostřednictvím dvou připojitelných tlakových lahví: 1. směsný plyn N ₂ /CO ₂ /H ₂ 2. N ₂ pro proplachování			
Relativní vlhkost prostředí nastavitelná do min. 85%	min. 85%		
Teplota prostředí nastavitelná v rozmezí min. +5°C až +44°C	min. +5°C až +44°C		
Kapacita boxu při kultivaci min. 150 Petriho misek Ø90 mm	min. 150 Petriho misek		
Kapacita boxu při práci se vzorky min. 100 Petriho misek Ø90 mm	min. 100		
Bezrukavicové provedení prostupů rukou s těsněním pouze na zápěstí			
Vstupní komora pro transfer min. 10 misek současně s automatickým přepouštěcím systémem	min. 10		

Boční vstup o rozměru min. 150mm pro mikrotitrační pole	min. 150mm		
Katalyzátor/y s automatickou regenerací a periodou výměny x měsíců – dodavatel uvede počet katalyzátorů, periodu výměny	perioda výměny: počet katalyzátorů:		
Absorber/y toxických plynů s velkou kapacitou a periodou výměny x měsíců – dodavatel uvede počet absorberů a periodu výměny	perioda výměny: počet absorberů:		
Automatické alarmy stavů kritických pro anaerobní prostředí: akustický i optický			
Monitoring stavu plynů			
Kontrola nadměrné spotřeby plynů			
Vnitřní osvětlení boxu prostřednictvím zářivky			
Nožní spínače nebo tlačítka na ovládacím panelu pro proplach vstupní komory			
Příslušenství			
Redukční ventil pro směsný plyn $N_2/CO_2/H_2$, připojitelný na tlakovou lahev, s výstupní silnotěsnou hadicí připojitelnou do boxu			
Redukční ventil pro N_2 , připojitelný na tlakovou lahev, s výstupní silnotěsnou hadicí připojitelnou do boxu			
Min. 3 ks držáku nebo polic pro Petriho misky Ø90 mm, možnost dokoupení dalších držáků nebo polic pro Petriho misky Ø90 mm	min. 3 ks		

Záložní zdroj napětí pro zajištění provozu boxu po dobu min. 10 minut	min. 10 minut		
Další případné příslušenství nutné pro zahájení plnohodnotného provozu			

Technická specifikace poptávaného zařízení

Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná min/max hodnota	Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Automatický osmometr			
Účel použití: Přístroj pro měření skutečné osmolality krve a moče.			
Plně automatický osmometr, založený na principu měření teploty bodu tuhnutí kapaliny (kryoskopie)			
Měření osmolární koncentrace jakékoli homogenní tekutiny (sérum, plazma, moč, ostatní tělní tekutiny)			
Min. rozsah měření: 0-2500 mOsm	min. 0-2500 mOsm		
Vícebodová kalibrace			
Přesnost měření - CV < 1 %			
Spotřebované množství vzorku max. 50 µl	max. 50 µl		
Podavač na min. 10 vzorků	min. 10 vzorků		
Čtečka čárových kódů			

Paměť na min. 200 výsledků	min. 200 výsledků		
Výstup výsledků na displej a integrovanou tiskárnou			
Napojení přístroje na laboratorní informační systém (LIS) – napojení do LIS OpenLIMS			
Optická signalizace alarmů			
Automatický test při spuštění			
Bez zvláštních nároků na provozní podmínky, jako jsou např. teplota, vlhkost, apod.			

Technická specifikace poptávaného zařízení

Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná min/max hodnota	Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Mikroskop			
Účel použití: Laboratorní mikroskop pro prohlížení preparátů s biologickým materiálem vybavený digitální kamerou.			
Laboratorní mikroskop pro mikrobiologii s kamerou a SW pro analýzu obrazu	X		X
Stativ: stabilní (masivní) ergonomický, polní clona	X		X
Osvětlení	X		X
Ostření: nezávislé hrubé a jemné ostření	X		X
Čtyřčetný revolverový nosič objektivů	X		X
Objektivy: ○ Planachromat 10x ○ Planachromat 20x ○ Planachromat 40x ○ Planachromat 100x, imerzní	X		X
Křížový stolek, držák na sklíčko	X		X
Kondenzor s nastavitelnou aperturní clonou: určený pro světlé pole	X		X

Tubus: trinokulární			
Okuláry: - o dva širokoúhlé 10x se zorným polem č.20., - o jeden s dioptrickou korekcí			
Součástí musí být okulárové měřítko na parazity			
Obal na mikroskop			
Adaptér pro připojení kamery se zvětšením 1x (bez optiky)			
Součástí dodávky musí být kamera o digitální barevná (min. 3MPix, min. 25 snímků/s)	min. 3MPix, min. 25 snímků/s		
Součástí musí být stolní PC nebo notebook			
Součástí dodávky musí být SW (vhodný SW pro kamery mikroskopů vybavený níže uvedenými funkcemi)			
o pro úpravy, ukládání, řízení, analýzu a měření obrazu s možností pozorování „živého“ obrazu na obrazovce PC			
o pro usnadnění ostření			
o pro měření délek (úseček), výsledky měření musí být průběžně zobrazovány v přehledné tabulce obsahující také základní statistiky, ke každému měření musí být možné napsat textovou poznámku			
o pro vkládání kalibrovaného měřítka (možnost uživatelsky definovat typ měřítka, vertikální nebo horizontální pozice ve snímku, měřítko se při zvětšování snímku na monitoru počítače			

průběžně přepočítává)			
○ pro automatické vytváření tabulek naměřených hodnot s možností psaní poznámek a exportování do programu Microsoft Excel			
○ pro práci s více snímky – navigování pomocí „panelu náhledů“			
○ pro úpravy snímků			
○ pro vyznačování detailů a vkládání textových popisků do snímku			

Technická specifikace poptávaného zařízení


Popis zadavatelem stanového technického parametru nabízeného zařízení	Zadavatelem požadovaná min/max hodnota	Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE	Skutečná hodnota technického parametru
Barvicí a montovací automat			
Účel použití: Přístroj pro barvení histologických preparátů a jejich následné fixaci k podložním sklům.			
Zařízení, které umožňuje automatizované barvení kontinuálně vkládaných histologických a cytologických preparátů a jejich následné předání do plně kompatibilního montovacího automatu, který může být s barvicím automatem spojen v jeden celek anebo může být jako samostatný přístroj	X		X
Montovací i barvicí automat mohou pracovat současně samostatně i být propojeni do jednoho celku.	X		X
Podmínkou je možnost paralelního průběhu několika barvicích programů vedle sebe (minimálně 5 programů) a také dostatečná kapacita řídicí jednotky pro uložení většího množství barvicích protokolů (minimálně 20).	min. 5 programů, min. 20 protokolů		
Přístroj musí mít kapacitu minimálně 35-ti stanic,	min. 35 stanic		
přístroj musí mít více než jednu startovací a jednu sušicí stanici.	min. 2 startovací stanice min. 2 sušicí stanice		
Ovládání řídicí jednotky v českém jazyce	X		X

Zařízení musí být vybaveno integrovaným odtahem přes uhlíkový filtr nebo možností napojení na centrální odtah.			
Montovací automat			
Zařízení musí umožňovat montování pod skla nebo pod fólii			
Montovací automat musí umožňovat zpracování ručně vkládaných skel v průběhu automatického montování anebo kontinuálně a nezávisle na obsluze zpracovávat skla z barvicího automatu			
Zařízení musí mít volitelný rozměr překrytí			
Zařízení musí umožňovat kontrolu zamontování			
Zařízení musí být kompatibilní s běžně dostupnými skly a montovacími médii			
Zařízení musí být vybaveno integrovaným odtahem přes uhlíkový filtr nebo možností napojení na centrální odtah.			
Zařízení musí umožňovat obsluhu přes display			
Ovládání v ČJ			
Další požadavky			
Uvést rozměry a váhu	Rozměry (š x h x v) v mm: Váha (v kg):		

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Vymezení předpokládané hodnoty

Číslo části VZ	Název přístroje	Předpokládaná hodnota přístroje v Kč bez DPH	Předpokládaná hodnota části VZ v Kč bez DPH
1	UV/VIS spektrofotometr	180 219,00	180 219,00
2	Přístroj pro digitální morfologii s možností analýzy tělních tekutin	2 319 130,00	2 319 130,00
3	Automatický přístroj pro PCR testování infekčních markerů	1 151 000,00	1 151 000,00
4	Přístroj pro diagnostiku poruch primární hemostázy	300 000,00	300 000,00
5	Promývačka pro metodu ELISA	91 700,00	241 000,00
	Fotometr pro metodu ELISA	149 300,00	
6	Inkubátor CO2	137 330,00	137 330,00
7	Box anaerobní	384 740,00	384 740,00
8	Automatický osmometr	321 380,00	321 380,00
9	Mikroskop	75 812,00	75 812,00
10	Barvící a montovací automat	1 280 000,00	1 280 000,00



Příloha č. 3 zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA

číslo [*] [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Kupující: Nemocnice Tábor, a.s.
se sídlem: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČ: 26095203
DIČ: CZ26095203
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B., vložka 1463
Zastoupen: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva a
MUDr. Janou Chocholovou, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: ČSOB Tábor
č.ú. 199229020/0300
na straně jedné (dále jen „kupující“)

a

Prodávající: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
se sídlem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
IČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
DIČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Zapsán v obchodním rejstříku u [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], oddíl [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], vložka [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Zastoupen: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
Bankovní spojení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
na straně druhé (dále jen „prodávající“)

prodávající a kupující dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“


tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. OZ, jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané **VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – LABORATORNÍ TECHNIKA – číslo části [*] [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] – název části [*] [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]** (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v rámci projektu **VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s.**, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Integrovaného regionálního operačního programu, s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001173 v rámci 31. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro Integrovaný regionální operační program, specifického cíle 2.3. „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“.

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu:



- 1.1.1. [*] [ÚČASTNÍK DOPLNÍ NÁZEV ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A OZNAČENÍ PŘÍSTROJE JEHO NÁZVEM]
- 1.1.2. [ÚČASTNÍK VYPLNÍ TENTO BOD NEBO PŘÍPADNĚ DOPLNÍ DALŠÍ BODY V ROZSAHU DLE BODU 1.1.1. PRO KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ PŘÍSTROJ V PŘÍPADĚ, ŽE V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE POŽADOVÁNO VÍCE PŘÍSTROJŮ – V OPAČNÉM PŘÍPADĚ TENTO BOD ÚČASTNÍK SMAŽE]
- dále jen „zboží“, „zařízení“ nebo „předmět plnění“, dle Specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit kupujícímu k němu nabýt vlastnické právo. Příloha č. 1 obsahuje kopii technické dokumentace s popisem nabízeného plnění předložené v nabídce prodávajícího podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce.
- 1.2. Prodávající se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit služby spočívající v instalaci, příp. montáži zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny. Prodávající se rovněž zavazuje k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.
- 1.2.1. Služby spočívající v dopravení předmětu plnění na místo určení
- 1.2.2. Služby spočívající v instalaci zboží zahrnují jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce pořizovaného zboží podmíněna takovým připojením).
- 1.2.3. Služby spočívající v montáži zahrnují zejména ustavení, sestavení a propojení pořizovaného zboží.
- 1.2.4. Služby spočívající v implementaci zboží zahrnují zejména procesy uskutečňování teoretických analýz a plánovaných postupů za účelem uvedení zboží do plného provozu.
- 1.2.5. Služby spočívající v uvedení pořizovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže dle platného zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), pro jeho obsluhu, obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel. Prodávající prokáže kupujícímu vhodným způsobem dodržení technických parametrů dodaného zařízení. Prodávající se zavazuje, že v případě potřeby kupujícího o provedení opakované instruktáže např. z důvodu změny obsluhujícího personálu provést opakovanou bezplatnou instruktáž, avšak pouze jedenkrát.
- 1.3. Součástí předmětu plnění je vedle zařízení kompletní příslušenství, zejména ustavení v místě plnění, sestavení a propojení pořizovaného zařízení, instruktáž obsluhy včetně zajištění dopravy do místa určení a jeho vybalení a kontrola, uvedení do plného provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
- 1.4. Součástí předmětu plnění je zpracování a předání:
- 1.4.1. instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
- 1.4.2. prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy (certifikát DC), které bylo předloženo v nabídce,



- 1.4.3. příslušné dokumentace dle zákona o zdravotnických prostředcích a příp. doklady dle atomového zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné,
- 1.4.4. dokumentace vyplývající z provedení bodu č. 1.2.2. až 1.2.5 této smlouvy,
- 1.4.5. zajištění periodických prohlídek, technických kontrol a validace zboží po dobu trvání záruční doby, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží. Provádění těchto služeb není součástí kupní ceny. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy poskytování těchto služeb bude prováděno za úplatu, uzavřou spolu samostatné cenové ujednání na zajištění těchto služeb.
- 1.5. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu předá protokol o instruktáži obsluhy, certifikát osoby provádějící instruktáž dle zákona o zdravotnických prostředcích a doklad o likvidaci obalů a odpadu.
- 1.6. Zařízení musí být nové (s rokem výroby nikoliv nižším než 2016), nepoužité, nerepasované, nepoškozené, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
- 1.7. Prodávající prohlašuje, že:
 - 1.7.1. předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - 1.7.2. je výlučným vlastníkem zařízení,
 - 1.7.3. na zařízení nevážnou žádná práva třetích osob,
 - 1.7.4. není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat,
 - 1.7.5. zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
- 1.8. Prodávající dále prohlašuje, že:
 - 1.8.1. kvalitativní a technické vlastnosti zařízení odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, v případě zdravotnického prostředku zejména zákonem o zdravotnických prostředcích, zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným kupujícím v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce;
 - 1.8.2. zařízení je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR. Zejména, že u zařízení byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zařízení, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE, je prodávající povinen předložit kupujícímu kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. Prodávající předloží kupujícímu rovněž kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se k zařízení.



- 1.9. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, kdy předmět plnění dle této smlouvy není zdravotnickým prostředkem dle zákona o zdravotnických prostředcích a v případě, že taková povinnost nevyplyvá z pokynů výrobce, nevztahují se na prodávajícího povinnosti dle této smlouvy, vyplývající ze zákona o zdravotnických prostředcích.
- 1.10. Kupující se zavazuje zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.

2. Kupní cena

- 2.1. Kupní cena za splnění této smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to ve výši:

Kupní cena bez DPH celkem činí: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč
při sazbě DPH 21 % [případně 15%] činí výše DPH [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč
celková kupní cena včetně DPH [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

- 2.2. Kupní cena je ujednána v měně CZK.
- 2.3. Kupní cena včetně DPH je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná. Výše nabídkové ceny je nezávislá na vývoji cen, kursových změnách a změnách sazby daně z přidané hodnoty.
- 2.4. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy včetně provedení služeb spočívajících v jeho instalaci, příp. montáži či implementaci a uvedení do plného provozu, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny, a to zejména pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu, clo, dopravu do místa určení včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně a poplatky spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů a instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží a vstupní validace. V kupní ceně je rovněž zahrnut záruční servis zařízení – záruka za jakost. To vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.

3. Platební podmínky

- 3.1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené prodávajícím po protokolárním předání a převzetí zařízení. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Součástí faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí zboží.
- 3.2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy a text obsahující registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001173.
- 3.3. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
- 3.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem za každý den prodlení.




- 3.5. Za prodlení s úhradou faktury není kupující povinen kromě smluvního úroku z prodlení dle předchozího odstavce hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci.

4. Termín plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do 8 týdnů ode dne doručení výzvy zadavatele k zahájení plnění, zaslaném nejdříve po účinnosti smlouvy. V případě, že pro montáž zařízení je dle podmínek veřejné zakázky vyžadována stavební připravenost, bude zařízení odevzdáno až po písemném oznámení kupujícího prodávajícímu o takové stavební připravenosti. Prodávající není povinen dodat zboží dříve, než 20 pracovních dnů ode, kdy mu takové oznámení bylo ze strany kupujícího doručeno.

5. Místo plnění a dodací podmínky

- 5.1. Zařízení bude odevzdáno v sídle kupujícího na adrese: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003.
- 5.2. Prodávající bude předem informovat kupujícího o přesném termínu předání zařízení, a to písemně tak, aby zpráva o odevzdání byla doručena kupujícímu nejméně 5 kalendářních dnů před odevzdáním zařízení.
- 5.3. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem kupujícího je pro účely této smlouvy včetně převzetí předmětu plnění určena Ing. Jana Slámová, tel.: 775 897 418, e-mail: jana.slamova@nemta.cz.
- 5.4. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy včetně předání předmětu plnění určen **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]**, tel. **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]**, e-mail **[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]**.
- 5.5. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu, které vybavení je nutné pro instalaci mít připravené v místě dodání zařízení a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
- 5.6. Kupující se zavazuje poskytnout včas veškeré potřebné vybavení nutné pro instalaci zařízení a potřebnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů prodávajícího.
- 5.7. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
- 5.7.1. zařízení bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace,
 - 5.7.2. zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do plného provozu, provedena vstupní validace,
 - 5.7.3. byla provedena instruktáž obsluhujícího personálu, dle platného zákona o zdravotnických prostředcích,
 - 5.7.4. zařízení bylo řádně předáno a převzato způsobem sjednaným níže.
- 5.8. Vlastnické právo k zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě. Kupující není povinen převzít zařízení či jeho část, která je poškozena nebo jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.
- 5.9. Po dodání zařízení vystaví prodávající předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
- 5.9.1. označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,
 - 5.9.2. název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 - 5.9.3. číslo kupní smlouvy,
 - 5.9.4. označení dodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo,
 - 5.9.5. datum dodání, instalace a instruktáže personálu,
 - 5.9.6. stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,
 - 5.9.7. jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení.
 - 5.9.8. Prokázání parametrů dodávky v souladu se zadávací dokumentací příslušné zakázky



- 5.10. Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci pověřeni k předání a převzetí předmětu plnění. Takto opatřený dodací list/předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.

6. Záruční podmínky

- 6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží, spočívající v tom, že dodané zboží, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty, budou po celou záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachovají si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
- 6.2. Záruční doba se sjednává v délce **24** měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, tj. ode dne podpisu předávacího protokolu.
- 6.3. Záruční servis pro záruku za jakost bude prodávající provádět bezplatně (je již obsažen ve sjednané ceně).
- 6.4. Po dobu záruční doby prodávající zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru. **Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy poskytování těchto služeb bude prováděno za úplat, uzavřou spolu samostatné cenové ujednání na zajištění těchto služeb.** To vše po dobu záruky za jakost, a to ve výrobcem předepsaném intervalu, nejméně 1x ročně. Prodávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 6.5. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu následující pracovní den po nahlášení vady kupujícím, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit.
- 6.6. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
- 6.7. Za záruční vady nebudou považovány takové, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplat.
- 6.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
- 6.9. Práva kupujícího z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2099 občanského zákoníku.
- 6.10. Záruční servis bude poskytovat autorizovaná servisní organizace, oprávněná dle platné právní úpravy výrobce k provádění servisu na daném zařízení (uvést obchodní jméno, sídlo, IČO):
Název: **DOPLNÍ ÚČASTNÍK**
Sídlo: **DOPLNÍ ÚČASTNÍK**
IČ: **DOPLNÍ ÚČASTNÍK**
zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u**DOPLNÍ ÚČASTNÍK**
- 6.11. Prodávající čestně prohlašuje, že ve formuláři, který předložil ke splnění ohlašovací povinnosti dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (provedení povinné registrace)



je uvedeno, že je osoba definovaná v bodě 9 této smlouvy registrována jako servisní organizace a že instruktáž o zacházení se zdravotnickými prostředky provádí osoby uvedené v § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb.

- 6.12. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění a zahájit záruční opravu nejpozději první pracovní den následující po dni nahlášení záruční vady kupujícím.
- 6.13. Maximální doba provedení záruční opravy se sjednává v délce nejvýše do 48 hodin od okamžiku jejího nahlášení kupujícím. Pokud by to charakter vady vyžadoval (např. nákup speciálních součástek), je možné maximální dobu záruční opravy po předchozí domluvě s kupujícím prodloužit. Za nesplnění této povinnosti prodávajícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,02% z pořizovací ceny dodaného zboží za každý i započatý den prodlení, a to až doby odstranění reklamované vady.
- 6.14. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu ani do 14 kalendářních dnů ode dne jejího nahlášení kupujícím, je povinen bezplatně poskytnout kupujícímu obdobné zboží, tak aby bylo možné zabezpečit odpovídající lékařské výkony. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 6.15. Pokud prodávající bude v prodlení s termínem provedení záručního servisu, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z pořizovací ceny dodaného zboží za každý i započatý den prodlení.
- 6.16. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provedení opravy v místě instalace v libovolnou hodinu ve lhůtě pro provedení opravy.

7. Zvláštní ustanovení o DPH

- 7.1. Prodávající je povinen sdělit kupujícímu skutečnosti, které zakládají jeho povinnost ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty za zdanitelná plnění uskutečněná podle této smlouvy (viz § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Informace musí poskytnout písemně nejpozději do 10 dnů od vzniku uvedených skutečností.
- 7.2. V případě, že skutečnosti definované § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nastanou je kupující oprávněn zajistit předmětnou daň z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn uvedený postup uplatnit zejména v případech, že:
 - 7.2.1. na prodávajícího zdanitelného plnění bude vyhlášeno insolvenční řízení,
 - 7.2.2. prodávající nebude schopen na požádání kupujícího předložit prohlášení o bezdlužnosti vůči správci daně,
 - 7.2.3. prodávající sdělí podle odst. 1 tohoto článku smlouvy skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti ručení ze strany kupujícího.
- 7.3. V případě, že prodávající poruší povinnost uloženou v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, je kupující oprávněn vůči němu uplatnit náhradu za veškeré škody, které mu tím vzniknou.
- 7.4. Kupující je povinen ve lhůtě 15 dnů sdělit prodávajícímu, že v souladu s předchozími odstavci uplatnil zajištění daně. Tímto oznámením se má za to, že kupující splnil vůči prodávajícímu svůj závazek ve výši uplatněné daně z přidané hodnoty, plynoucí z jednotlivých daňových dokladů.

8. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- 8.2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při



takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:

- 8.2.1. prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delším 60 kalendářních dnů;
 - 8.2.2. prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů;
 - 8.2.3. zařízení nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 60 kalendářních dnů;
 - 8.2.4. jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - 8.2.5. nemožnost odstranění vady dodaného zařízení;
 - 8.2.6. v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
- 8.3. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

9. Odpovědnost za škodu

- 9.1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
- 9.2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- 9.3. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu plnění kupujícímu, tj. podpisem předávacího protokolu.

10. Smluvní pokuty

- 10.1. Pro případ prodlení prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku 4. této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH uvedené v čl. 2 této smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.2. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
- 10.3. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková kupní cena včetně DPH.
- 10.4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 11.2. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.



- 11.3. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 11.4. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 11.5. Práva a pohledávky smluvní stran vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 11.6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh.
- 11.7. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je dodržet.
- 11.8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 11.9. Smluvní strany na sebe přebírají riziko změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
- 11.10. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
- 11.11. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.12. Kupující je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Prodávající plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
- 11.13. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
- 11.14. Smlouva bude sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou exemplářích.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

11.15. Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.

11.16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace zařízení

Příloha č. 2 – Rekapitulace nabídkové ceny

V dne

V dne

KUPUJÍCÍ:

PRODÁVAJÍCÍ:


Ing. Ivo Houška, MBA
předseda představenstva

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

MUDr. Jana Chocholová
místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Zadavatel:

Nemocnice Tábor, a.s.

se sídlem: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003

IČO: 26095203

k nadlimitní veřejné zakázce s názvem:

VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – LABORATORNÍ TECHNIKA

zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

ČÁSTI ZAKÁZKY, U KTERÝCH SE NEOČEKÁVÁ PROVEDENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI

1.	UV/VIS spektrofotometr	51430000-5	1 ks
2.	Přístroj pro digitální morfologii s možností analýzy tělních tekutin	33100000-1 51430000-5	1 ks
3.	Automatický přístroj pro PCR testování infekčních markerů	33100000-1 51430000-5	1 ks
4.	Přístroj pro diagnostiku poruch primární hemostázy	33100000-1 51430000-5	1 ks
5.	Přístroje metody ELISA a) Promývačka pro metodu ELISA b) Fotometr pro metodu ELISA	33100000-1 51430000-5	1 ks 1 ks
6.	Inkubátor CO2	33100000-1 51430000-5	1 ks
7.	Box anaerobní	33100000-1 51430000-5	1 ks
8.	Automatický osmometr	33100000-1 51430000-5	1 ks
9.	Mikroskop	38510000-3	1 ks



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 5 zadávací dokumentace

Nemocnice Tábor, a.s.

se sídlem: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203

tímto poskytuje

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI

k nadlimitní veřejné zakázce s názvem:

VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – LABORATORNÍ TECHNIKA

evid. č. ve VVZ: Z2017-017277, interní č. VZ: VZ0006

zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zakázka je realizována v rámci dotačního programu IROP, název výzvy „Výzva č. 31 - Zvýšení kvality návazné péče, PO 6: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, IP: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví (dále též „dotační program IROP“).

Název projektu: Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s.
reg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001173

Výzva č. 31 IROP - Zvýšení kvality návazné péče, PO 6: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, IP: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) splní podmínky základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e), odst. 2 písm. a) až c) a odst. 3 písm. a) a b) ZZVZ,
- b) prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a odst. 2 ZZVZ,
- c) prokáže kritéria technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

1. Požadavky na kvalifikaci

1.1. Základní způsobilost:

Požadavky na prokázání základní způsobilosti jsou shodné pro všechny části veřejné zakázky a jsou následující:

V souladu s ust. § 74 odst. 1 ZZVZ je nezpůsobilý dodavatel, který,

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V souladu s ust. § 74 odst. 2 ZZVZ je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

V souladu s ust. § 74 odst. 3 ZZVZ účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 odst. 1, písm. b) a c) ZZVZ, které dodavatel předloží společně s dokumenty uvedenými výše za účelem prokázání základní způsobilosti, je součástí této kvalifikační dokumentace jako její příloha č. 1.

1.2. Profesní způsobilost

- 1.2.1. Dodavatel prokazuje dle § 77 odst. 1 ZZVZ pro všechny části veřejné zakázky společně splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- 1.2.2. Dále dodavatel dle § 77 odst. 2 ZZVZ pro všechny části veřejné zakázky společně prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména předložením výpisu ze živnostenského rejstříku, prokazujícího živnostenské oprávnění k prodeji a servisu zdravotnické techniky.
- 1.2.3. Dále zadavatel požaduje dle § 77, odst. 2 ZZVZ předložení dokladů ze strany dodavatele:

V případě, že se jedná o zdravotnický prostředek *in vitro*, doklady, kterými dodavatel prokáže o splnění ohlašovací povinnosti ve smyslu § 26 zákona o zdravotnických prostředcích, a to jejich servis. Dokladem o splnění ohlašovací povinnosti se rozumí **Potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti**, vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že ohlašovací povinnost byla ze strany účastníka zadávacího řízení pro nabízený typ zboží splněna (např. opis ohlášení podaného do registru zdravotnických prostředků). Dodavatel je povinen v nabídce uvést, zda se jedná o zdravotnický prostředek *in vitro*, či nikoliv.

1.3. Technické kvalifikační předpoklady

- 1.3.1. V souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ kritéria technické kvalifikace splňuje dodavatel, který předloží zadavateli seznam významných dodávek dodatelem poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace jejich objednatele.

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením:

1. Seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení s uvedením ceny bez DPH (rozhodná pro posouzení bude cena bez DPH) a doby jejich poskytnutí a identifikace jejich objednatele. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval nejméně:

Část:	Název:	Požadavky
1.	UV/VIS spektrofotometr	Jednu (1) zakázku na dodávku přístroje shodného charakteru, v minimálním finančním objemu 140 000,- Kč
2.	Přístroj pro digitální morfologii s možností analýzy tělních tekutin	Jednu (1) zakázku na dodávku přístroje shodného charakteru, v minimálním finančním objemu 1 800 000,- Kč
3.	Automatický přístroj pro PCR testování infekčních markerů	Jednu (1) zakázku na dodávku přístroje shodného charakteru, v minimálním finančním objemu 900 000,- Kč
4.	Přístroj pro diagnostiku poruch primární hemostázy	Jednu (1) zakázku na dodávku přístroje shodného charakteru, v minimálním finančním objemu 200 000,- Kč
5.	Přístroje metody ELISA a) Promývačka pro metodu ELISA b) Fotometr pro metodu ELISA	Zakázku nebo jednotlivé zakázky na dodávku přístrojů: a) Jedné (1) promývačky pro metodu ELISA, v minimálním finančním objemu 70 000,- Kč; b) Jednoho (1) fotometru pro metodu ELISA, v minimálním finančním objemu 100 000,- Kč
6.	Inkubátor CO2	Jednu (1) zakázku na dodávku přístroje shodného charakteru, v minimálním finančním objemu 100 000,- Kč
7.	Box anaerobní	Jednu (1) zakázku na dodávku přístroje shodného charakteru, v minimálním finančním objemu 300 000,- Kč
8.	Automatický osmometr	Jednu (1) zakázku na dodávku přístroje shodného charakteru, v minimálním finančním objemu 260 000,- Kč
9.	Mikroskop	Jednu (1) zakázku na dodávku přístroje shodného charakteru, v minimálním finančním objemu 60 000,-Kč
10.	Barvící a montovací automat	Jednu (1) zakázku na dodávku přístroje shodného charakteru, v minimálním finančním objemu 1 100 000,- Kč

2. Seznam významných dodávek je dodavatel povinen předložit v podobě tabulky, v níž strukturovaně uvede zadavatelem požadované údaje, dokládající významné dodávky. Tabulka je součástí této kvalifikační dokumentace jako její příloha č. 2. Zadavatel výslovně upozorňuje, že v případě, že v jednotlivé části zakázky požaduje dodávku více přístrojů, musí účastník pro danou část doložit seznam dodávek všech těchto přístrojů, avšak dodávka všech přístrojů dané

části nemusí být v rámci jedné zakázky a dodavatel může splnění prokázat předložením více zakázek.

Dle § 79 odst. 2 písm. k) a l) ZZVZ – popisy, fotografie a doklady prokazující shodu výrobku určeného k dodání, a to ke každé části zakázky. Rozsah požadovaných informací a dokladů:

- prohlášení o shodě pro všechny nabízené výrobky;
- odborně technický popis, charakteristika a hodnoty parametrů všech nabízených položek zakázky;
- vyobrazení všech nabízených položek zakázky.

Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

- prohlášení o shodě (CE) ke všem nabízeným zdravotnickým prostředkům, případně atesty nebo jiné dokumenty prokazující, že veškeré nabízené zboží splňuje zákonné požadavky, zejména požadavky zákona o zdravotnických prostředcích a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále požadavky dle NV 54/2015 Sb., NV 56/2015 Sb., event. dle obdobných norem a směrnic EU;
- technické parametry a popis jednotlivých položek, zpracovaný v českém jazyce (případně slovenském a u dokladů o vzdělání v latinském jazyce), aby bylo možné posoudit shodu nabízeného plnění s požadavky zadavatele vymezenými v zadávací dokumentaci;
- fotografie či prospekty s vyobrazením.

1.4. Seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů

Splnění způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v ustanovení § 228 ZZVZ, pro splnění kvalifikace pak předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v ustanovení § 234 ZZVZ.

1.5. Další podmínky pro prokázání splnění kvalifikace

1.5.1. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

1.5.2. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

1. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
2. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních

vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou závazání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

1.5.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

1. Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
 - a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
 - b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
 - c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
 - d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
2. Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

1.6. Doklady o kvalifikaci

- 1.6.1. **Zadavatel výslovně nepřipouští nahrazení předložených dokladů čestným prohlášením, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.** Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
- 1.6.2. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
- 1.6.3. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

1.7. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení


Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci výše, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení

2. Přílohy kvalifikační dokumentace

1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
2. Seznam významných dodávek

V Táboře dne 03 -07- 2017


.....
Ing. Ivo Houška, MBA
předseda představenstva


.....
MUDr. Jana Chocholová
místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 kvalifikační dokumentace

Zadavatel:

Nemocnice Tábor, a.s.

se sídlem: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203

k nadlimitní veřejné zakázce s názvem:

VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – LABORATORNÍ TECHNIKA

zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI**

dle ust. § 75 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Dodavatel:

název: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
obch. rejstřík: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
sídlo: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
IČO: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
DIČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

tímto v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona a v souvislosti s nadlimitní veřejnou zakázkou s názvem „**VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – LABORATORNÍ TECHNIKA**“, zadávané zadavatelem Nemocnice Tábor, a.s., se sídlem Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003, IČO: 26095203 prohlašuje, že:

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

Datum: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

.....
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2 kvalifikační dokumentace

Zadavatel:

Nemocnice Tábor, a.s.

se sídlem: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003

IČO: 26095203

k nadlimitní veřejné zakázce s názvem:

VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – LABORATORNÍ TECHNIKA

zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

SEZNAM VÝZNAMNÝCH DODÁVEK

Dodavatel:

název:

obch. rejstřík:

sídlo:

IČO:

DIČ:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

tímto předkládá seznam významných dodávek za účelem splnění technických kvalifikačních předpokladů ve výše uvedené veřejné zakázce:

Výzva č. 31 IROP - Zvýšení kvality návazné péče, PO 6: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, IP: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název dokladu	Označení osoby, která doklad vyhotovila	Datum vyhotovení dokladu	Označení dodávek	Cena významné referenční dodávky bez DPH	Doba poskytnutí referenční dodávky	Identifikace objednatele	Označení části veřejné zakázky, ke které se vztahuje (číslem)
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

.....
Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Výzva č. 31 IROP - Zvýšení kvality návazné péče, PO 6: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, IP: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 6 zadávací dokumentace

Zadavatel:
Nemocnice Tábor, a.s.
se sídlem: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k nadlimitní veřejné zakázce s názvem:

VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – LABORATORNÍ TECHNIKA
zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky:	VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. LABORATORNÍ TECHNIKA
Evidenční číslo VZ:	
Údaje o účastníkovi	
Obchodní jméno:	
Právní forma:	
Sídlo, respektive místo podnikání:	
IČ:	
DIČ:	
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	
Jméno, příjmení, titul:	
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	
Předmětem této nabídky je část:	
Číslo části	Název části
[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Výzva č. 31 IROP - Zvýšení kvality návazné péče, PO 6: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, IP: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Po prostudování vaší zadávací dokumentace nyní my, náležitě oprávnění a níže podepsaní, nabízíme realizaci výše uvedené veřejné zakázky, v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací včetně všech dodatků k ní vydaných za celkovou cenu:

Celková nabídková cena bez DPH	
DPH	
Celková nabídková cena včetně DPH	

a nikoli vyšší a předkládáme vám za těchto podmínek tuto naši nabídku zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací.

Prohlašujeme, že souhlasíme se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a všech jejích částech.

Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných dodávek a služeb v souvislosti s plněním této veřejné zakázky.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Razítko a podpis účastníka:

.....
[JMÉNO - DOPLNÍ ÚČASTNÍK]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel:

Nemocnice Tábor, a.s.
se sídlem: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03
IČO: 26095203

Veřejná zakázka:

Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s. – LABORATORNÍ TECHNIKA

Název projektu: Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s.
Reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001173

Pokyny k vyplňování Technické specifikace

Souhrn všech technických požadavků zadavatele pro všechna plnění je uveden v příloze číslo 1, „Technická specifikace“, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

- Ve sloupci „Popis zadavatelem stanoveného technického parametru nabízeného zařízení“ jsou uvedeny minimální požadavky zadavatele, které je uchazeč povinen splnit.
- Ve sloupci „Zadavatelem požadovaná min/max hodnota je uvedena hodnota číselně vyjádřitelného parametru.“
- Uchazeč ve sloupci „Splnění požadované min/max hodnoty“ uvede možnost ANO či NE, v návaznosti na to, zda zadavatelem vymezený parametr splňuje či nikoliv.
- Ve sloupci skutečná hodnota technického parametru uchazeč vyplní jím nabízenou číselnou hodnotu parametru plnění.

Uchazeč je povinen vyplnit tabulku s názvem „Technická specifikace“ ve všech jejích částech k tomu určených. Části určené k vyplnění jsou označeny žlutou barvou.

Technické požadavky stanovené zadavatelem v příloze č. 1 „Technická specifikace“ jsou podmínkou zadavatele pro účast v tomto zadávacím řízení a jsou tedy pro uchazeče limitní. Zadavatel umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Nesplnění kteréhokoliv ze stanovených technických parametrů nabízeného zařízení, uvedených v této části specifikace předmětu veřejné zakázky či neuvedení odpovědi ANO/NE, znamená nesplnění požadavků zadavatele na předmět veřejné zakázky, v takovém případě bude zadavatel postupovat v souladu s § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., ustanovení § 46 tímto není dotčeno.