

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
IČO	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Zástupce zadavatele	RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel
Název zakázky	Detector for back-scatter Laue method
Projekt	Ferroic Multifunctionalities (FerrMion) CZ.02.01.01/00/22_008/0004591 Operační program Jan Ámos Komenský (dále jen „OP JAK“)
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na dodávky; toto zadávací řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, řídí se pravidly OP JAK

Zadavatel obdržel dne 16.9.2024 dotazy k zadávacím podmínkám:

Bod minimum requirements: maximum individual pixel dimensions 80 x 80 μm

dotaz 1: je myšleno 80 μm x 80 μm = 3600 μm² nebo 80 μm² ?

Odpověď zadavatele:

- Je myšleno 3600 μm², přičemž v obou kolmých směrech je max. rozměr pixelu 80 μm.

dotaz 2: shortest aquisition duration max. 1 s je myšleno menší než 1 s ?

Odpověď zadavatele:

- Je myšleno 1 s nebo kratší.

Zadavatel v důsledku výše uvedeného vysvětlení informací prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, tedy mění i znění odst. 3. výzvy k podání nabídek, které nově zní:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **23. 9. 2024 v 11:00 hodin.**

V AJ (in English):

The deadline for submission of bids expires on **September 23rd 2024 by 11:00 am.**