



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



S.r.o.
společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
CC/OŘ/KNL2/18

Vyřizuje / linka

Ing. Stahlová /481 030 368

Liberec

06.06.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

„Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II. – opakování částí 7 a 10“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem: Liberec, Staré Město, Husova 357/10, 460 01 Liberec I, zastoupeného MUDr. Richardem Lukášem, PhD., předsedou představenstva Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Veřejná zakázka „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II. – opakování částí 7 a 10“ byla vyhlášena zadavatelem formou otevřeného nadlimitního řízení se zveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 17.05.2018 pod evidenčním číslem zakázky: Z2018-015542 (dále jen „veřejná zakázka“).

Toto vysvětlení se týká části 7 – Bronchoskop.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci Bronchoskopu požaduje: Pracovní délku min. 600 mm, hloubku ostrosti 3-50 mm a rozsah ohybu distálního konce 160°/130°.

Bude zadavatel akceptovat Fibrobronschoskop uznávaného světového výrobce s parametry: Pracovní délka 540 mm, hloubkou ostrosti 5-50 mm a rozsahem ohybu distálního konce 180°/100°?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje dodání Fibrobronchoskopu dle podmínek uvedených v technické specifikaci.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci Bronchoskopu rovněž požaduje Zařízení pro mechanickou desinfekci endoskopu. Může zadavatel blíže specifikovat, zda jde pouze o čistící kartáček nebo o manuální ultrazvukovou čističku endoskopů s vanou pro čistící roztok?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje dodat kompletní zařízení pro mechanickou dezinfekci endoskopu, tj. čistící kartáčky, vanu pro manuální dezinfekci endoskopu s přímým napojením proplachu a další nutné komponenty pro plné zahájení provozu přístroje.

Toto upřesnění zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele na adrese:
<http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8c873c0f-2d3a-488d-8d74-15a411f9b78c>

S pozdravem



Ing. Martina Bufková Rychecká
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,
pověřené výkonem zadavatelských činností