



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



s.r.o.
společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
CC/OŘ/KNL3/17

Vyřizuje / linka

Ing. Stahlová /481 030 368

Liberec

19. 9. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek pro část 9

„Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem: Liberec, Staré Město, Husova 357/10, 460 01 Liberec I, zastoupeného MUDr. Luděkem Nečesaným, MBA, místopředsedou představenstva Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Veřejná zakázka „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“ byla vyhlášena zadavatelem formou otevřeného nadlimitního řízení se zveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 06.09.2017 pod evidenčním číslem zakázky: Z2017-024464 (dále jen „veřejná zakázka“).

Vysvětlení č. 1 se týká části 9 Monitoring

Dotaz:

v rámci veřejné zakázky „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“ v technické specifikaci v části 9 k položce 1.10 Monitor cerebrální oxygenace uvádíte jako jeden z absolutních požadavků „nelepivé, neadhezivní sensory pro neonatální pacienty“.

Dle našich informací tento typ sensorů nenabízí žádný výrobce cerebrálních monitorů, což by znamenalo že by případné všechny nabídky musely být vyřazeny. Všichni výrobci neonatálních sensorů pro měření cerebrální oxymetrie vyrábějí pouze adhesivní, lepidlové sensory. Uvažujete o změně zadávacích podmínek?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel posoudil dotaz uchazeče ohledně nelepivých a neadhezivních sensorů pro neonatologické pacienty a dospěl k závěru, že se takovéto sensory na trhu vyskytují, nicméně ne všichni výrobci cerebrálních monitorů je mohou nabízet. Zadavatel v nabídce nelepivých, neadhezivních sensorů spatřuje klinickou výhodu, pro kterou ale nechce vyloučit ostatní řešení, která splňují účel použití. Z tohoto důvodu se **zadavatel rozhodl požadovaný absolutní parametr změnit na parametr fakultativní**, kterým nabízené zařízení disponovat nemusí, nicméně jeho splnění bude zadavatelem bonifikováno při hodnocení nabídek.

Technický parametr „nelepivé, neadhezivní senzory pro neonatální pacienty“ požadovaný zadavatelem v rámci části 9 pro položku č. 1.10 – Monitor cerebrální oxygenace, se tedy tímto vysvětlením č. 1 stává parametrem nepovinným (fakultativním, volitelným). **Provedená změna se týká pouze položky 1.10 Monitor cerebrální oxygenace.** Technické parametry položky 1.21 Perioperační hemodynamický monitor, která je rovněž součástí předmětu části 9 veřejné zakázky, zůstávají beze změn.

V návaznosti na výše uvedenou změnu zadavatel upravuje (změny vyznačeny červeně):

A) Zadávací podmínky

Bod 10.5 „Hodnocené technicko klinické parametry dodávky pro jednotlivé části veřejné zakázky“ se pro část 9 – Monitoring, položku 1.10 upravuje následovně:

V rámci kritéria č. 2 budou pro část 9 hodnoceny následující technicko – klinické parametry dodávky:

Část 9 Monitoring	požadovaná hodnota	typ parametru
Položka 1.10 Monitor cerebrální oxygenace		
Počet diskretních vlnových délek pro provádění měření	min. 2	B
Měřicí rozsah (rSO ₂)	min. 15 – 95%	B
Hmotnost přístroje	max. 6 kg	A
Výdrž baterie	min. 20 min.	B
Nelepivé, neadhezivní senzory pro neonatální pacienty	Ano / Ne	C
Položka 1.21 Perioperační hemodynamický monitor		
Možnost kontinuálního měření intravaskulární oxymetrie prostřednictvím oxymetrických katetrů s optickým modulem	ANO/NE	C
Variabilní zobrazení parametrů na obrazovce: fyziologie, fyziologický vztah, tabulkové trendy, intervence, lokalizace cíle (GPS)	ANO/NE	C
Možnost nastavení korekce výpočtu u pacientů s resekci plic u měření metodou trasapulmonární termodiluce	ANO/NE	C
LCD obrazovka	min. 8"	B
Modul / kabel pro kontinuální měření oxymetrie	ANO/NE	C

B) Formulář technické specifikace

Zadavatel upravuje Formulář technické specifikace pro část 9 – Monitoring, položku č. 1.10 Monitor cerebrální oxygenace, ve kterém **změnil parametr** „Nelepivé, neadhezivní senzory pro neonatální pacienty“ **z absolutního na hodnocený, typ C.**

Opravený Formulář technické specifikace pro část 9 zveřejňuje zadavatel společně s tímto vysvětlením jako závazný podklad pro zpracování nabídky na část 9 veřejné zakázky.

C) Titulní list nabídky

Zadavatel upravuje také **Titulní list nabídky** pro část 9, ve kterém doplnil samostatný řádek pro nový fakultativní parametr. Opravený Titulní list nabídky pro část 9 zveřejňuje zadavatel společně s tímto vysvětlením jako závazný podklad pro zpracování nabídky na část 9 veřejné zakázky.

V souvislosti s provedenou změnou zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ u části 9 lhůtu pro podání nabídek a zároveň mění termín otevírání obálek pro část 9 následujícím způsobem:

Čl. XI zadávacích podmínek: Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami pro část 9 proběhne **v budově Q Krajské nemocnice Liberec, a.s. na adrese Vzdušná 1360/6, 460 01 Liberec 1, v zasedací místnosti v 6. podlaží dne 25. 10. 2017 ve 13 hodin.**

Čl. XII zadávacích podmínek: Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek

Lhůta pro podání nabídek pro část 9 končí **dnem 25. 10. 2017 ve 13:00 hodin.**

Místo ani způsob podání nabídek se nemění (podatelna zadavatele, budova J Krajské nemocnice Liberec ve 2. podlaží).

Nově stanovená lhůta pro podání nabídek a nový termín otevírání obálek platí pouze pro část 9 veřejné zakázky (Monitoring).

Lhůta pro podání nabídek a termín pro otevírání obálek s nabídkami pro zbývající části veřejné zakázky zůstávají beze změny.

Toto vysvětlení zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele na adrese:

<http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8c873c0f-2d3a-488d-8d74-15a411f9b78c>

Přílohy vysvětlení č. 1:

- Opravený Titulní list nabídky pro část 9
- Opravený Formulář technické specifikace pro část 9

S pozdravem




Ing. Martina Buřková Rychčká
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,
pověřená výkonem zadavatelských činností